



ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO PARA LA COSMÉTICA

RECuento DE AEROBIOS MESÓFILOS TOTALES

Procedimiento según ISO 21149:2017

Enriquecimiento y neutralización:

- TA0264: Caldo Eugón.
- BA2145-90: Caldo Lethéen.

Aislamiento: PA0031 TSA

DETECCIÓN DE *Escherichia coli*

Procedimiento según ISO 21150:2015

Enriquecimiento y neutralización:

- TA0264: Caldo Eugón.
- BA2145-90: Caldo Lethéen,

Aislamiento: PA0019 Mc Conkey

Confirmación: PA0013 EMB.

DETECCIÓN DE *Pseudomonas aeruginosa*

Procedimiento según ISO 22717:2015

Enriquecimiento y neutralización:

- TA0264: Caldo Eugón.
- BA2145-90: Caldo Lethéen.

Aislamiento: PA0050 Cetrimida

RECuento DE MOHOS Y LEVADURAS

Procedimiento según ISO 16212:2017

Enriquecimiento y neutralización:

- TA0264: Caldo Eugón.
- BA2145-90: Caldo Lethéen.

Aislamiento: PA0026 Sabouraud cloranfenicol.

DETECCIÓN DE *Staphylococcus aureus*

Procedimiento según ISO 22718:2015

Enriquecimiento y neutralización:

- TA0264: Caldo Eugón.
- BA2145-90: Caldo Lethéen.

Aislamiento: PA0011 Manitol Agar

DETECCIÓN DE *Candida albicans*

Procedimiento según ISO 18416:2015

Enriquecimiento y neutralización:

- TA0264: Caldo Eugón.
- BA2145-90: Caldo Lethéen.

Aislamiento: PA0026 Sabouraud Cloranfenicol.

REFERENCIA	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	PVP	OFERTA
TA0264	Caldo Eugón	20 tubos	17.638	15.87 €
BA2145-90	Caldo Lethéen	10 x 90 ml	41.029	36.93 €
PA0011	Manitol Agar	20 placas	9.534	8.58 €
PA0013	EMB	20 placas	10.209	9.19 €
PA0019	Mc Conkey	20 placas	9.534	8.58 €
PA0026	Sabouraud Cloranfenicol	20 placas	9.534	8.58 €
PA0031	TSA	20 placas	9.791	8.82 €
PA0050	Cetrimide	20 placas	11.534	10.00 €